Protocol de sterilizare în cabinetul stomatologic

Proceduri adecvate pentru a minimiza riscul de contaminare încrucișată

Euronda®

www.euronda.com

PERSONAL DE STUDIU

Protocolul post-expunere

Vaccinuri

Protocoale de siguranță în caz de expunere la instrumente contaminate

Utilizarea obligatorie a unei măști chirurgicale sau a unui aparat respirator FFP2, mănuși (rezistente la tăieturi pentru sala de sterilizare), ochelari de protecție sau mască de protecție, halat de laborator

INSTRUMENTE CHIRURGICALE

Termo-dezinfecție
PROGRAME

Scufundarea instrumentului în rezervorul de decontaminare
DEZINFECTANT
TIMP

Spălare cu ultrasunete

Curățare, uscare și inspecție

Ambalare

Autoclavă ☐ 121° ☐ 134° C

Depozitare
Timp de depozitare .....

Material steril în pungi

SERINGI CU SPRAY

Clătire înainte de dezasamblare

Demontarea canulei sau a seringii

Curățare, uscare și inspecție

Ambalare

Autoclavă ☐ 121° ☐ 134° C

Seringă sau canulă sterilă, în pungă

TURBINE, PIESE DE MÂNĂ ȘI CONTRAUNGHIURI

Îndepărtarea turbinei / contraunghi/ piesă de mână

Termo-dezinfecție
PROGRAME

Clătirea cu apă rece și îndepărtarea reziduurilor

Curățarea interioară cu un spray adecvat

Uscare internă cu aer comprimat

Curățare externă cu dezinfectanți

Lubrifiere

Ambalare

Autoclavă ☐ 121° ☐ 134° C

Material steril în pungi

AMPRENTE

Spălare cu apă

Îndepărtarea reziduurilor de apă din amprentă

Curățare internă cu aer comprimat

Scufundare în soluție dezinfectantă
TIMP

Amprente curate

UNITATE STOMATOLOGICĂ ȘI SĂLI DE OPERAȚIE

Îndepărtarea dispozitivelor barieră contaminate

Aplicarea produselor dezinfectante

Curățarea și dezinfectarea sistemului de aspirație

Drenarea și dezinfectarea alimentării cu apă

Aplicarea dispozitivelor barieră de unică folosință

Zona de lucru, alimentarea cu apă și scurgerile dezinfectate

SALA DE STERILIZARE

Schimbarea soluției dezinfectante la fiecare ..... zile / luni

Golirea și curățarea ultrasunetelor la fiecare ..... zile / luni

Golirea rezervorului de dezinfectare a amprentelor la fiecare ..... zile

Testare bandă de etanșare la fiecare ..... zile / luni

Testare în condiții de vid și Helix la fiecare ..... zile

Test Bowie & Dick pentru încărcături poroase sau la fiecare ..... zile / luni

Test eventual al sporilor în autoclav la fiecare ..... zile / luni

Schimbarea apei distilate pentru autoclav la fiecare ..... zile / luni

Cameră de sterilizare testată și validată

CONTAMINAT

DEZINFECTAT

STERIL

Proiectat de Dna Gema Maeso și Dl. Luigi Carloni